

Друштво за трговија и услуги

ИПСУМ ДООЕЛ

Бр. 45 0307

02.09 2025 год.
СКОПЈЕ

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА
INSTITUCIONI PUBLIK SHENDETËSOR
KLINIKA UNIVERSITARE PËR DERMATOLOGJI

Бр.-Nr. 05-369/17

22.08 2025 год.-viti
СКОПЈЕ SHKUP 1

ДОГОВОР

за набавка на

Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија-Скопје

Склучен на ден _____ помеѓу:

1. ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ, Мајка Тереза 17, Скопје со даночен број 4030007645580 претставувана од директорот Проф.Д-р Катерина Дамевска како договорен орган во понатамошниот текст, од една страна и
2. Друштво за трговија и услуги ИПСУМ ДООЕЛ Скопје, ул АНКАРСКА 21-39, со даночен број 4057014524378 и ЕМБС 6932827 претставуван од директорот Александар Гавриловски како носител на набавката во понатамошниот текст, од друга страна.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е набавка на на **Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија-Скопје** согласно оглас бр. **12593/2025** и тендерската документација број за потребите на **ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА**.

Договорниот орган нарачува од носителот на набавката да ги набави и да му ја испорача стоката согласно понудата, со квалитет и технички карактеристики содржани во спецификацијата, кои се составен дел на документацијата што ја приложи носителот на набавката при давањето на понудата.

Рокот на времетраење на договорот почнува да тече со денот на заверката на договорот во евиденција на договорниот орган и изнесува 365 дена.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 2

Вкупната цена на договорената јавна набавка на на **Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија-Скопје** изнесува за Дел 3 **128.000,00** денари за кој договорниот орган е согласен за испорачаната стока од член 1 од овој договор да ја плати на носителот на набавката во која цена не е содржан и пресметаниот данок на додадена вредност.

Износот на данокот на додадена вредност изнесува **23.040,00** денари. Данокот на додадена вредност е променлива категорија и ќе зависи од законската регулатива.

Договорниот орган е согласен плаќањето да го изврши во рок од 60 дена од денот на квалитативниот и квантитативниот прием на стоката, односно приемот на фактурата согласно динамиката на испорака.

Цените се фиксни за целото времетраење на договорот.

3. РОК И НАЧИН НА ИСПОРАКА

Член 3

Носителот на набавката се обврзува рокот на извршување на договорот, односно динамиката на испораката на договорниот орган да биде сукцесивно, според писменото

барање што ќе го доставува договорниот орган според неговите потреби и можности во рок од 15 дена од доставувањето на барањето.

Договорниот орган не е обврзан во целост да ја (исполни) набави планираната тендерска количина.

4. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Член 4

Носителот на набавката, при склучување на договорот, доставува банкарска гаранција од реномирана банка за навремено и квалитетно извршување на договорот, во износ од 5% од вредноста на договорот со времетраење на банкарската гаранција во рок на склучениот договор.

Доколку носителот на набавката склучи договор со договорниот орган и не ги обезбеди услугите што се предмет на договор, во целост или воопшто не го започне извршувањето на услугата, договорниот орган има право да ја активира банкарската гаранција за извршување на договорот.

5. НАЧИН НА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Договорените страни се согласни да го исполнат договорот на начин предвиден со договорот и позитивните прописи.

Член 6

Доколку договорот неправилно се исполнува или дојде до пречекорување на договорните рокови, како и за други недостатоци, виновната странка е во обврска на другата странка да и ги надомести претрпените штети.

Договорената казна не може да надмине 10% од вкупната цена определена со член 2 на овој договор.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7

Овој договор се смета за склучен со денот на неговото потпишување од двете договорени страни.

Договорот може да се раскине пред неговото извршување само договорно од двете страни, под услови предвидени со Законот за облигациони односи.

Ако нешто не е изрично одредено со овој Договор за двете договорени страни важат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 8

Во случај на спор кој не може да се реши договорно помеѓу странките ќе решава надлежниот суд.

Член 9

Овој договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци, од кои по 3 (три) за секоја договорна странка.

Договорни странки

ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА

ДЕРМАТОЛОГИЈА

В.Д. Директор,
Проф.Д-р Катерина Дамевска



ИПСУМ ДООЕЛ

СКОПЈЕ

Александар Гавриловски



Техничка понуда

Согласни сме да ги понудиме следниве Стоки:

Предмет на набавка – Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија-Скопје

Дел 1 - Предмет на дел: Лед светло за преглед и интервенции

Назив	Марка/тип производител земја на потекло	Минимални технички карактеристики	Понудени технички карактеристики Да се потполни со ДА или НЕ А на ставки на кои се бара минимум за нешто да се наведе што е точно е понудено
Лед светло за преглед и интервенции		/	/
		Едно светло конзола сидно монтирана	
	1.1	Да поседува можност за електронско фокусирање	ДА, поседува можност за електронско фокусирање
	1.2	Да поседува Контролна табла на кукиштето на светлото со можност за сетирање на интензитет на осветлување	ДА, поседува Контролна табла на кукиштето на светлото со можност за сетирање на интензитет на осветлување
	1.3	Да поседува Електронска контрола на осветленоста	ДА, поседува Електронска контрола на осветленоста
	1.4	Да поседува Ендо осветлување мин 5%	ДА, поседува Ендо осветлување 5%
	1.5	Да поседува контрола на интензитет на светлина	ДА, поседува контрола на интензитет на светлина
	1.6	Да поседува рачка која што може да се стерилизира минимум 200 циклуси	ДА, поседува рачка која што може да се стерилизира минимум 200 циклуси
		Главно светло	

Назив	Марка/тип производител земја на потекло	Минимални технички карактеристики	Понудени технички карактеристики Да се потполни со ДА или НЕ А на ставки на кои се бара минимум за нешто да се наведе што е точно е понудено
	1.7	Да поседува интензитет на светлина на 1 метар од минимум 110.000 лукса	ДА, 110.000 лукса
	1.8	Да поседува Дијаметар на осветлено поле d10 минимум 206 мм	ДА, 206 мм
	1.9	Да поседува Дијаметар на осветлено поле d50 минимум 113 мм	ДА, Дијаметар на осветлено поле d50 минимум 113 мм
	1.10	Да поседува можност за сетирање на осветленост 50-100%	ДА, сетирање на осветленост 50- 100%
	1.11	Да поседува Индекс на рендерирање на бои Ra Ra минимум 97	ДА, Индекс на рендерирање на бои Ra Ra 97
	1.12	Да поседува Индекс на рендерирање на бои R9 R9 минимум 90	ДА, Индекс на рендерирање на бои R9 R9 90
	1.13	Да поседува Индекс на рендерирање на бои R13 минимум 97	ДА, Индекс на рендерирање на бои R13 97
	1.14	Да има можност за сетирање на минимални вредности на температура на боја во келвини: 3750K; 4000K; 4250K; 4500K; 4750K	ДА, сетирање на вредности на температура на боја во келвини: 3750K; 4000K; 4250K; 4500K; 4750K
	1.15	Да поседува фиксно осветлено поле минимум 21cm	ДА, поседува фиксно осветлено поле 21cm
	1.16	Да поседува ефикасност на осветленост минимимум 275lm/W	ДА, поседува ефикасност на осветленост 277lm/W
	1.17	Да поседува минимум 5 Нивоа на затемнување во ранг од 50-100%	ДА, 5 Нивоа на затемнување во ранг од 50-100%

Назив	Марка/тип производител земја на потекло	Минимални технички карактеристики	Понудени технички карактеристики Да се потполни со ДА или НЕ А на ставки на кои се бара минимум за нешто да се наведе што е точно е понудено
	1.18	Да поседува Длабочина на осветлување 20 % Мин. 1755 mm	ДА, Длабочина на осветлување 20 % 1755 mm
	1.19	Да поседува Длабочина на осветлување 60 % Мин. 855 mm	ДА, Длабочина на осветлување 60 % 855 mm
	1.20	Да поседува Зголемување на температурата во пределот на главата максимум 0,5°C	ДА, Зголемување на температурата во пределот на главата максимум 0,5°C
	1.21	Да поседува работна дистанца 70-150cm	ДА, поседува работна дистанца 70-150cm
	1.22	Степен на заштита на светлосната глава: минимум IP-42	ДА, IP-42
	1.23	Да поседува животен век на светилките од минимум 60000 работни часови	ДА, 60000 работни часови
	1.24	Дијаметар на светлосното тело: минимум 40 cm;	ДА, 40 cm
	1.25	Максимално централно зрачење на 1 метар дистанца: не поголемо од 395 W/m ² ,	ДА, Максимално централно зрачење на 1 метар дистанца: од 393 W/m ² ,
	1.26	Гарантен рок минимум 24 месеци	ДА

Дел 2 - Предмет на дел: Електрохируршка единица на радиобранови

Назив	Марка/тип производител земја на потекло	Минимални технички карактеристики	Понудени технички карактеристики Да се потполни со ДА или НЕ А на ставки на кои се бара минимум за нешто да се наведе што е точно е понудено
Електрохируршка единица на радиобранови		/	/
	2.1	Да поседува монополарен и биполарен работен мод	Да, поседува монополарен и биполарен работен мод
	2.2	Да поседува минимални модалитети за работа: Монополарен Soft cut, Монополарен Strong cut, Монополарна Soft коагулација, Монополарна Forced коагулација, Биполарна коагулација, Биполарна микро коагулација,	Да, поседува минимални модалитети за работа: Монополарен Soft cut, Монополарен Strong cut, Монополарна Soft коагулација, Монополарна Forced коагулација, Биполарна коагулација, Биполарна микро коагулација,
	2.3	Да поседува минимум приклучоци за монополар, биполар и неутрална електрода со активно осветлување, приклучоци за активни команди и грешка за неутрална електрода,	Да, поседува минимум приклучоци за монополар, биполар и неутрална електрода со активно осветлување, приклучоци за активни команди и грешка за неутрална електрода,
	2.4	Да поседува кориснички интерфејс реализиран преку ЛЦД екран во боја осетлив на допир со минимална дијагонала од 7 инчи	Да, поседува кориснички интерфејс реализиран преку ЛЦД екран во боја осетлив на допир со минимална дијагонала од 7 инчи
	2.5	Да поседува работна фреквенција во монополарен и биполарен режим на работа од минимум 4MHz +/-5% работна фреквенција на радиобранови со минимална	Да, поседува работна фреквенција во монополарен и биполарен режим на работа од минимум 4MHz +/-5% работна фреквенција на

Назив	Марка/тип производител земја на потекло	Минимални технички карактеристики	Понудени технички карактеристики Да се потполни со ДА или НЕ А на ставки на кои се бара минимум за нешто да се наведе што е точно е понудено
		траума на ткиво кај сечење и коагулација	радиобранови со минимална траума на ткиво кај сечење и коагулација
	2.6	Да поседува сила на уредот RMS од минимум 100W – 4MHz во монополарен режим и 60W-4MHz во биполарен режим на работа	Да, поседува сила на уредот RMS од минимум 100W – 4MHz во монополарен режим и 60W-4MHz во биполарен режим на работа
	2.7	Да е поддржана со рачна и ножна команда во монополарен мод на работа и рачна и ножна команда во биполарен режим на работа	Да, е поддржана со рачна и ножна команда во монополарен мод на работа и рачна и ножна команда во биполарен режим на работа
	2.8	Да поседува можност за програмирање – минимум 10 кориснички програми со име за секоја програма во интерната меморија на уредот	Да, поседува можност за програмирање – минимум 10 кориснички програми со име за секоја програма во интерната меморија на уредот
	2.9	Да поседува вклучени ножни команди со уредот: Двоножна команда за монополар и Едноножна команда за биполар	Да, поседува вклучени ножни команди со уредот: Двоножна команда за монополар и Едноножна команда за биполар
	2.10	Целиот систем да биде позициониран на троли (база, столб и горна полица) со корпа, со тркалца од кои минимум 2 со кочница	ДА, Целиот систем е позициониран на троли (база, столб и горна полица) со корпа, со тркалца од кои 2 со кочница
	2.11	Апаратот да се испорача минимум со: ·сет кратки електроди за радиобранови (шпатула, омчеста, топчеста, игличеста) изработени од волфрам жица, аутоклавабилни за повеќекратна употреба, 1 сет од минимум 9 електроди, ·сет долги електроди за радиобранови (шпатула, топчеста, игла) за повеќекратна употреба,	Да, Апаратот се испорачува минимум со: ·сет кратки електроди за радиобранови (шпатула, омчеста, топчеста, игличеста) изработени од волфрам жица, аутоклавабилни за повеќекратна употреба, 1 сет од минимум 9 електроди, ·сет долги електроди за

Назив	Марка/тип производител земја на потекло	Минимални технички карактеристики	Понудени технички карактеристики Да се потполни со ДА или НЕ А на ставки на кои се бара минимум за нешто да се наведе што е точно е понудено
		аутоклавабилни, должина минимум 12см – 1 сет од минимум 4 ком, монополарен држач (пенкало) со копчиња за активација на сечење и коагулација за повеќекратна употреба, за електроди од минимум дијаметар 2.4мм со минимална можност од 400 стерилизации во аутоклав со кабел – 1 ком, кабел за неутрална електрода со easy-press систем, аутоклавабилен со должина од минимум 3м- 1 ком, сет самолепливи неутрални електроди единечна површина – 1 сет од мин 50 ком, кабел за биполарни инструменти со можност за стерилизација – мин 2 ком, биполарен инструмент пинцета со должина 16см +/- 5%, права, дебелина на врв 0,5мм, аутоклавабилна – 1 ком.	радиобранови (шпатула, топчеста, игла) за повеќекратна употреба, аутоклавабилни, должина минимум 12см – 1 сет од минимум 4 ком, монополарен држач (пенкало) со копчиња за активација на сечење и коагулација за повеќекратна употреба, за електроди од минимум дијаметар 2.4мм со минимална можност од 400 стерилизации во аутоклав со кабел – 1 ком, кабел за неутрална електрода со easy-press систем, аутоклавабилен со должина од минимум 3м- 1 ком, сет самолепливи неутрални електроди единечна површина – 1 сет од мин 50 ком, кабел за биполарни инструменти со можност за стерилизација – мин 2 ком, биполарен инструмент пинцета со должина 16см +/- 5%, права, дебелина на врв 0,5мм, аутоклавабилна – 1 ком.
	2.12	Гарантен рок минимум 24 месеци	ДА

Дел 3 - Предмет на дел: Дерматоскоп

Назив	Марка/тип производител земја на потекло	Минимални технички карактеристики	Понудени технички карактеристики Да се потполни со ДА или НЕ А на ставки на кои се бара минимум за нешто да се наведе што е точно е понудено
Дерматоскоп		/	/
	3.1	Да поседува можност за променлива поларизација (поларизирано/неполаризирано префрлување)	
	3.2	Да има леќа со дијаметар од најмалку $\varnothing 32\text{mm}$ и зголемување од 10x	
	3.3	Да содржи светла минимум: 16 бела LED, 4 UV (365nm), 4 PigmentBoost, 1 LED светилка Секој режим да има прилагодлива осветленост	
	3.4	Напојување преку батерија: 3000mAh 3.7V литиум-јонска Со индикатор за полнење (4 нивоа) и база за полнење со втор излез од 5V	
	3.5	Да овозможува поврзување со паметен телефон преку вклучен MCC™ адаптер	
	3.6	Контактна плоча со бајонет механизам и мрежа од 10mm Да има можност да биде отстранлива	
	3.7	Да користи капаци за еднократна употреба (IceCap®) Да се испорача со минимум 5 капаци	
	3.8	Да биде компатибилен со системот Fotofinder ATBM или еквивалент	

Назив	Марка/тип производител земја на потекло	Минимални технички карактеристики	Понудени технички карактеристики Да се потполни со ДА или НЕ А на ставки на кои се бара минимум за нешто да се наведе што е точно е понудено
	3.9	Да се испорача со минимум следни додатоци: • Магнетен окулар • МСС адаптер за смартфон • Челичен линијар од 100mm • Кожна футрола за ремен • Заштитна футрола • USB-A до USB-C кабел за полнење (2м) • Крпа за чистење од микрофибер Сите додатоци да бидат оригинални	
	3.10	Тежина на уредот: максимум 300g	
	3.11	Гарантен рок минимум 24 месеци	

НАПОМЕНА

Техничката понуда потребно е задолжително целосно да се потполни во спротивно понудата ќе биде исклучена од евалуација како некомплетна.

Дел I Финансиска понуда

Врз основа на огласот 12593/2025 објавен од страна на ЈЗУ Клиника за дерматологија - Скопје, за Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија-Скопје, со спроведување на набавка од Поедноставена отворена постапка и тендерската документација ја поднесуваме следнава:

Финансиска понуда

Предмет на дел: Дерматоскоп

Шифра	Назив на ставка	Мерна единица	Количина	Единечна цена	Вкупна цена (без ДДВ)	ДДВ	Цена со ДДВ
38634000-8	Дерматоскоп	Парче	1,00	128.000,00	128.000,00	23.040,00	151.040,00
Вкупно					128.000,00 ден	23.040,00 ден	151.040,00 ден

Вкупната цена на нашата понуда за Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија-Скопје за Дерматоскоп вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 128.000,00 (сто дваесет и осум илјади) денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува 23.040,00 денари.

I.1 Го прифаќаеме начинот на испорака утврден во тендерската документација.

I.2 Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација.

I.3 Нашата понуда важи за период утврден во тендерската документација.

I.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаеме условите предвидени во тендерската документација.

*Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.